Technisches Datenblatt

SELECT BLACK

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Latex

- Puderfrei
- Schwarz
- Unsteril

SICHERHEIT DURCH QUALITÄT

Material Hochwertiges Naturlatex

Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

Maße

Art.-Nr. Größe	2401 XS = 5–6	2402 S = 6–7	2403 M = 7–8	2404 L = 8–9	2405 XL = 9–10
Breite	75 ± 5 mm	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	≥ 110 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	0.11 ± 0.03
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.14 ± 0.03
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0.15 ± 0.03

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Zugfestigkeit (MPa)	min. 18.0	min. 14.0
Reißdehnung (%)	min. 650	min. 500
Elastizitätsmodul (N)	min. 6.0	min. 6.0

Puder Ungepudert

Proteingehalt < 50 µg/dm²

Manschette Umbördelt

Design Beidhändig

Oberfläche Mikrogeraute Handfläche

Farbe Schwarz

Qualitätssicherung Erfüllen die Anforderungen von ASTM D 3577-91, EN 455 Teil 1–4
Hergestellt nach ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, gemäß GMP

Verpackung 100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

Hinweis Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
Änderungen vorbehalten.

UNIGLOVES® Arzt- und Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH | Camp-Spich-Straße 71 | 53842 Troisdorf-Spich, Germany
Tel. +49(0)2241-9323-0 | Fax +49(0)2241-9323-298 | www.unigloves.de | unigloves@unigloves.de